

分析证明书

产品名称: Mogengel® Organoid Dissociation Solution 类器官消化液

产品规格: 100 mL

产品货号: MB-0818L01L

产品批号: ODS20235119

保存条件: 4°C保存。

质量管理:

检测项目	检测标准	结果	检测员
无菌检查	检测培养基中是否含真菌、细菌, 结果为阴性。	通过	孙小
pH	pH 计测量, 结果介于 7.0~7.4 之间	7.32	杨春喜
渗透压	摩尔渗透压浓度测定仪测量, 结果介于 280 - 300mOsm/kg 之间。	285	杨春喜
支原体检测	PCR 扩增培养基中支原体序列, 结果为阴性	通过	林玲娟
内毒素	结果用凝胶法测定, 内毒素单位(EU/mL)	<1.5	洪小玲
性能测试	可温和、快速的消化解离类器官为细胞悬液或细胞团块并保持细胞活性, 达到类器官扩增目的。	通过	张沈薇

结论: 本产品按照厦门模基生物科技有限公司检验标准管理规程检测, 检验结果符合标准要求。

安全建议: 按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理

产品有效期: 2024.12

质量保证: 曾凡伟日期: 2023.12.30


仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

附录-实验结果:



图片 1 类器官消化 7 分钟镜检图片



图片 2 小鼠气道上皮类器官培养, Day5

联系方式: 400-091-6556

网址: www.mogengel.com

地址: 福建省厦门市翔安区民安街道莲亭路 821 号 401-25

