

分析证明书

产品名称：类器官回收液

产品规格：100mL

产品货号：MA-0837DS001

产品批号：ORS20234904

保存条件：2~8℃ 贮存

2.质量管理

检测项目	检测标准	结果	检测员
内毒素	结果用凝胶法测定，内毒素单位(EU/mL)	>20EU/mL	洪小玲
支原体检测	PCR 扩增培养基中支原体序列，结果为阴性	通过	林玲妍
无菌检查	检测培养基中是否含真菌、细菌，结果为阴性	通过	洪小玲
pH	pH 计测量，结果介于 7.0~7.4 之间	7.19	杨春喜
细胞回收	可清除基质胶且保存细胞形态以及活性	通过	杨春喜


安全建议：按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理

产品有效期：2024.12

质量保证：曾凡伟 日期：2023.12.30

仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。



使用前

使用后

第 1 页 共 1 页

Tel: 400-091-6556

Web: www.mogengel.comE-mail: info@mogengel.com

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号 5 号楼

